

Referencia	Descripción
22-000	5m
22-001	15m
22-002	25m

Se entrega con un portasensores macho de 3/4", y un juego de tampones (pH4, y pH7) para su calibración.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Rango de lectura:	0-14
Rango de temperatura:	0-70°C
Isopotencial:	pH7 ± 0.5
Tipo de unión:	Fibra
Material del cuerpo:	Epoxi
Electrodo de referencia:	AgCl
Tiempo de respuesta:	< 45s@95% del valor final
Presión máxima:	8 Bar
Longitud del cable:	5, 15, o 25m
Conector	BNC
Vida útil:	12 meses



INSTRUCCIONES DE INSTALACION

El electrodo de pH debe permanecer húmedo siempre.

Colocar la sonda de pH sin el tapón de la punta, procurando que el extremo inferior del sensor quede completamente sumergido en la tubería.

INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN

El electrodo de pH puede conservarse en una solución 4M de KCl.

INSTRUCCIONES DE RECUPERACIÓN

Dejar el sensor en una solución 0.1M de HCl durante 5 minutos, aclarar con agua, y dejar el sensor en una solución 0.1M de NaOH durante 5 minutos. Aclarar el sensor con agua, y dejar el sensor en el buffer de pH4 durante 10 minutos.

DIMENSIONES

